

Odpowiedzi na zapytania złożone do postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Pytanie 1:

Część nr 1, ilość pozycji 106, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nim unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany -poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 32 z Części nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 3

Część nr 1

Czy zamawiający dopuści składanie oferty na w/w pakiet na pozycje, ze względu na duże zróżnicowanie asortymentu, a w związku z tym także ze względów ekonomicznych?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 4:

Czy zamawiający wydzieli pozycje 19,23,37,55-57,59-60,64-66,69,98-101 do osobnego pakietu, ze względów ekonomicznych i na duże zróżnicowanie w w/w pakiecie?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 5 :

Poz.19

Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm, sterylny, pakowany indywidualnie?

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytanie 6:

Poz.23

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 8:

Poz.37

Czy zamawiający dopuści wycenę koreczków do kaniul za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytani 9:

Poz.55-57

Czy zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z drenem o wymiarach według tabeli poniżej?

Specyfikacja	Rozmiar: mm			
	Długość: (5%)	Głębokość (5%)	Width (5%)	Rozmiar Drenu
XL dla dorosłych, wydłużona	140	75	100	Długość: ≥2000±5% O.D.: 5±2%
L dla dorosłych, standard	120	65	90	
M dla dzieci , wydłużona	105	55	80	
S dla dzieci , standard	80	45	70	
XS dla niemowląt	55	35	45	

ODPOWIEDŹ :Tak**Pytanie 10:**

Poz.69

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

ODPOWIEDŹ: Nie**Pytanie 11:**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z siwz wymaga bezftalanowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych. Informacja o braku ftalanów ma być zamieszczona na etykiecie/ opakowaniu jednostkowym w sposób umożliwiający jednoznaczne jej odczytanie.

Pytanie 12:**Część nr 1 poz. 69.**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na produkcie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość przyrządu IS oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

ODPOWIEDŹ: Nie**Pytanie 13:****Część 1, poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 18G oraz 20G o długości 32mm?

ODPOWIEDŹ: Tak**Pytanie 14:****Część 1, poz. 36**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul wyposażonych w port boczny posiadających mechanizm zapobiegający przed przypadkowym otwarciem oraz wyposażonych w automatyczny **METALOWY** zatrzask zabezpieczający igłę w celu ochrony przed zakłuciem?

ODPOWIEDŹ: Tak**Pytanie 15:****Część nr 1, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod 45x43 mm w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak**Pytanie 16:****Część nr 1, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod 36x31 mm w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytanie 17:

Część nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne pediatryczne w rozmiarze 36x28mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 18:

Część nr 1, Pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści plaster do kaniul w opakowaniu jednostkowym papier-papier, opakowanie zbiorcze 100szt- karton?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 19:


Część nr 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne o następujących parametrach:

- Kaniula posiada port bocznym przesunięty nieznacznie w stronę ujścia kaniuli,
- cewnik wykonany z wysokiej jakości P.T.F.E/F.E.P,
- kaniula nie posiada filtra hydrofobowego,
- cewnik wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG

032.1112.14	14G	2,1 mm	pomarańczowy	45 mm	270
032.1112.16	16G	1,7 mm	szary	45 mm	180
032.1112.17	17G	1,5 mm	biały	45 mm	125
032.1112.18	18G	1,3 mm	zielony	45 mm	95
032.1112.20	20G	1,1 mm	różowy	32 mm	65
032.1112.22	22G	0,9 mm	niebieski	25 mm	36
032.1112.24	24G	0,7 mm	żółty	19 mm	23

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?



ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 20:

Część nr 1, pozycja 54,58

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe dla dorosłych do średnich stężeń tlenu, jednorazowe wykonane z medycznego PCV bez lateksu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 21:

Część nr 1, pozycja 69

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 22:

Część nr 1, pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z logiem producenta na opakowaniu?

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych logo/nazwa producenta winna się znajdować na opakowaniu jednostkowym, a nie bezpośrednio na produkcie.

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 23:

Część nr 1, pozycja 94

Czy Zamawiający dopuści z rozszerzeniem do min. 11ml?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 24:

Część nr 1, pozycja 95

Czy Zamawiający dopuści z rozszerzeniem do min. 22ml?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 25:

Część nr 1, pozycja 96

Czy Zamawiający dopuści z rozszerzeniem do min. 2,5ml?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 26:

Część nr 1, pozycja 97

Czy Zamawiający dopuści z rozszerzeniem do min. 5,5ml?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 27:

Część nr 1, pozycja 25, 35-36, 103-104

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 28:

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane podwójnie – op. wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru, zewnętrzne foliowany papier?

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytanie 29:

Część nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznaczej różnicy w grubości na palcu 0,10mm ($\pm 0,01$ mm), grubości ścianki dłoni 0,08mm ($\pm 0,01$ mm)?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 30:

Część nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie parametrów protokół badań na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 przeprowadzonych przez jednostkę niezależną w 2015r?

ODPOWIEDŹ: Nie

Wszystkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, strona internetowa

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Marek Maślerz