



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

2/SPMJU/2018

Kraków 25.01.2018r.

Odpowiedzi 3 na zapytania złożone do postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Pytanie 1

Część 1, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg rozm. 6 oddechowych z gładką powierzchnią, wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź 1

TAK

Pytanie 2

Część 1, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg rozm. 10 oddechowych z gładką powierzchnią, wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź 2

TAK

Pytanie 3

Część 1, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg rozm. 12 oddechowych z gładką powierzchnią, wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź 3

TAK

Pytanie 4

Część 1, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg rozm. 14 oddechowych z gładką powierzchnią, wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź 4

TAK

Pytanie 5

Część 1, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg rozm. 16 oddechowych z gładką powierzchnią, wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź 5

TAK

Pytanie 6

Część 1, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg rozm. 8 oddechowych z gładką powierzchnią, wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź 6

TAK



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Pytanie 7

Część 1, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg rozm. 18 oddechowych z gładką powierzchnią, wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź 7

TAK

Pytanie 8

Część 1, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg rozm. 20 oddechowych z gładką powierzchnią, wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź 8

TAK

Pytanie 9

Część 1, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg rozm. 22 oddechowych z gładką powierzchnią, wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź 9

TAK

Pytanie 10

Część 1, pozycja 20

Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG dla dorosłych okrągłą o średnicy 50 mm?

Odpowiedź 10

TAK

Pytanie 11

Część 1, pozycja 21

Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG dla dzieci okrągłą o średnicy 30 mm?

Odpowiedź 11

NIE

Pytanie 12

Część 1, pozycja 22

Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG dla noworodków, rozm. 36x28 cm z żelem stałym?

Odpowiedź 12

NIE

Pytanie 13

Część 1, pozycja 32

Czy zamawiający dopuści jałowy opatrunek włókninowy do mocowania wkłuc obwodowych w rozmiarze 8 x6 cm?

Odpowiedź 13

NIE



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Pytanie 14

Część 1, pozycja 36

Czy zamawiający dopuści kaniule dożylną bezpieczną o rozmiarach: 22G x 25mm przepływ 36ml/min. 20 G x 32mm przepływ 65ml/min, 18G 32mm przepływ 95 ml/min 18 G x 45 mm przepływ 95 ml/min, 17 G x 45mm , przepływ 142 ml/min. , 16 G x 45 mm , przepływ 200 ml/min. 14 G x x 45 mm przepływ 305 ml/min ?

Odpowiedź 14

**Zamawiający dopuszcza kaniule w rozmiarze 18G oraz 20G o długości 32mm.
Pozostałe parametry i rozmiary innych kaniul zgodnie z siwz**

Pytanie 15

Część 1, pozycja 41

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu pakowana pojedynczo bez pokrowca rozm.1 typ Miller długość 105 mm?

Odpowiedź 15

TAK

Pytanie 16

Część 1, pozycja 42

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu rozm.2 o długości 115,9 mm typ Macintosh?

Odpowiedź 16

TAK

Pytanie 17

Część 1, pozycja 43

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu rozm.3 o długości 138,9 mm typ Macintosh?

Odpowiedź 17

TAK

Pytanie 18

Część 1, pozycja 44

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu rozm 0 o długości 79 mm typ Miller?

Odpowiedź 18

TAK

Pytanie 19

Część 1, pozycja 45

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu rozm 1 o długości 105 mm typ Miller?

Odpowiedź 19

TAK

Pytanie 20

Część 1, pozycja 46

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu rozm 4 o długości 157mm typ Macintosh?



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 20

TAK

Pytanie 21

Część 1, pozycja 69

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PCV, pozbawioną ftalanów z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź 21

NIE

Pytanie 22

Część 1, pozycja 95

Czy zamawiający dopuści strzykawki j.u. 20 ml pakowane po 70 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 22

TAK

Pytanie 23

Część 1, pozycja 95

Czy zamawiający dopuści strzykawki j.u. 20 ml pakowane po 80 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 23

TAK

Pytanie 24

Część 1, poz. 33-34

Czy Zamawiający wymaga aby kaniula posiadała fabrycznie nałożony, zdejmowalny uchwyt, umożliwiający prawidłowe wklucie tak małej kaniuli oraz posiadała maksymalny przepływ 13ml/min, zapobiegający nadmiernemu obciążeniu delikatnych żył podczas przepłukiwania?

Odpowiedź 24

Zgodnie z siwz

Pytanie 25

Część 1, poz. 47-53

Czy Zamawiającego oczekuje zaoferowania maski kraniowej jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wkliniwania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 5) ?

Odpowiedź 25

Zgodnie z siwz

Pytanie 26

Część 1, poz. 60

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nebulizatora nadającego się do pracy w zakresie 0-90° Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów w pozycji poziomej.

Odpowiedź 26

Zgodnie z siwz



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Pytanie 27

Część 1, poz. 71-73

Czy oferowane rurki ustno-gardłowe powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, co ułatwia ich identyfikowalność?

Odpowiedź 27

Rurki powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru ułatwiający ich identyfikowalność.

Pytanie 28

Część 1, poz. 71-73

Czy oferowane rurki ustno-gardłowe powinny posiadać zintegrowany bloker zgryzu, gwarantujący podwyższony stopień bezpieczeństwa użytkowania w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych, co jest szczególnie przydatne w trudnych warunkach pracy Pogotowia Ratunkowego?

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 29

Część 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowanie foliowanego obustronnie od wewnątrz.

Odpowiedź 29

TAK

Pytanie 30

Część 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości załączenia badań na przenikanie wirusów z 2014r.. Pragniemy nadmienić, że badania na wirusy nie są testem powtarzanym jeżeli nie zaszła istotna zmiana w konstrukcji rękawic.

Odpowiedź 30

NIE

Pytanie 31

Część 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości załączenia kart danych technicznych dystrybutora lub producenta potwierdzających wszystkie dane.

Odpowiedź 31

Zamawiający nie zmienia wymogów w tym zakresie

Pytanie 32

Część 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie protokołów badań starszych niż z 2016r.

Odpowiedź 32

NIE

Pytanie 33

Część 4, poz. 2



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic konfekcjonowanych po 100sztuk (XL 90sztuk).

Odpowiedź 33

TAK

Wszystkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Otrzymują:
Wykonawcy, strona internetowa

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Marek Maślerz